

令和6年度 公立森町病院  
全身用X線CT診断装置システム更新事業

設 計 書

静 岡 県 森 町

# 内 訳 表

種 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
全身用X線CT診断装置システム	1	式			明細表第1号のとおり
周辺機器	1	式			明細表第2号のとおり
備品	1	式			明細表第3号のとおり
諸経費	1	式			明細表第4号のとおり
小計					
消費税相当額	10	%			
合計					

第 1 号

全身用X線CT診断装置システム

明 細 表

品 名	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガントリーシステム		1	式			仕様書「⑤納品物の性能・機能に関する仕様」技術要件2における全般を満たすものであること。
制御処理・画像処理システム		1	式			仕様書「⑤納品物の性能・機能に関する仕様」技術要件3における全般を満たすものであること。

## 第 2 号

## 周辺機器

## 明 細 表

品 名	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
CT用造影剤注入装置		1	式			仕様書「⑤納品物の性能・機能に関する仕様」技術要件4-1における全般を満たすものであること。
汎用画像診断ワークステーション		1	式			仕様書「⑤納品物の性能・機能に関する仕様」技術要件4-2における全般を満たすものであること。
遠隔読影ビューワ		1	式			仕様書「⑤納品物の性能・機能に関する仕様」技術要件4-3における全般を満たすものであること。

## 第 3 号

## 備品

## 明 細 表

品 名	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
造影剤自動加温器		1	式			レディーボックス モデル5 (株式会社西山製作所) と同等品以上
サーキュレーター		2	台			
温湿度計		1	台			
前回画像比較用PC		1	台			ネットワークを介して画像閲覧に必要なアプリケーションを有し、運用できること。
テーブル、椅子、収納ラック	CT操作用	1	式			
オーディオシステム	HDD対応	1	台			
スタンドライト	USB充電式	1	台			
CTDIファントム		1	台			Ray safe 2分割式であること。
電離箱式線量計		1	台			ICS-321B (アロカ株) と同等品以上であること。
電子ポケット線量計		3	台			PDM-127B-SZ (アロカ株) と同等品以上であること。
エックス線防護衣		2	着			
ネックプロテクター		2	着			
エックス線防護眼鏡		3	枚			EYECARE XRAY (株式会社エリカオプテカル) と同等品以上であること。
注射台		1	台			
スライダー	患者移動用	1	枚			

# 第 3 号

# 備品

# 明 細 表

品 名	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
かご	患者更衣用	1	台			
踏み台		1	台			寝台に対応したものであること。
撮影補助具		1	式			必要な場合含めること。
天吊り点滴棒	CT検査室設置用	1	台			
空気清浄機		1	台			FU-M1000 (SHARP株) と同等品以上であること。
小計						

# 第 4 号

# 諸経費

# 明 細 表

品 名	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
リモートサービス		1	式			仕様書「⑥その他の要件について」3 サービス・保守体制における全般を満たすものであること。
監視カメラシステム	ネットワーク型	1	式			仕様書「⑤納品物の性能・機能に関する仕様」技術要件4-5-1における全般を満たすものであること。
工事費		1	式			仕様書「⑤納品物の性能・機能に関する仕様」技術要件4-5及び「⑥その他の要件について」2 設置条件における全般を満たすものであること。
CT装置ネットワーク接続		1	式			仕様書「⑤納品物の性能・機能に関する仕様」技術要件3-4における全般を満たすものであること。
遮蔽計算・漏洩線量測定費		1	式			仕様書「⑤納品物の性能・機能に関する仕様」技術要件2-2における全般を満たすものであること。
小計						